

仕 様 書

1 品 名

全自動糖分析装置（臨床検査科）

2 数量、規格等

品名	型番等	メーカー	単位	数量
東ソー自動グリコヘモグロビン分析計 本体	HLC-723GR01	栄研化学株式会社	式	1
攪拌機能付きサンプルローダー	—			1
ハンディバーコードスキャナー	—			1
ハンディバーコードスキャナー用置台	—			1
全自動糖分析装置	GA08Ⅲ α			1
オンライン接続	—			2

又は

品名	型番等	メーカー	単位	数量
グリコヘモグロビン分析装置 アダプス A1c HA-8190V Connect	101254	アークレイ株式会社	式	1
ハンディバーコードリーダー	96564			1
全自動グルコース測定装置 アダプスグルコース GA-1180	110082			1
プリンタ	110377			1
ハンディバーコードリーダー（USB）	109732			1
HA90 ブリッジ対応キット	104840			1

3 納入場所

東京逓信病院 会計課資材係

4 搬入場所

東京逓信病院 診療棟2階 臨床検査科

5 納入期限

2025年12月12日（金）

6 そ の 他

- （1）本品の納入に当たっては、東京逓信病院の指示により機器の搬入、設置、システム接続及び設定等を行い、稼働できる状態に調整の上、取扱い方法等を実地指導して引き渡すこと。なお、上記に必要な費用は受託者の負担とすること。
- （2）本品には、天災その他の不可抗力及び東京逓信病院の故意若しくは過失による場合を除

き、納入の日から保証を開始し、納入期限日の翌月 1 日から起算して満 1 年までの期間の故障を無償で修理するとともに、当該期間における点検整備等の必要な保守を無償で行うこと。

(3) 一連の導入作業を実施した結果として生じた更改旧品等は、搬入場所からの搬出を行い、処分方法等については会計課資材係の指示に従うこと。

(4) 詳細及び疑義については、東京逋信病院会計課(03-5214-7156)の指示によること。